



Varenummer 1000029134


Operationshandske, Gloveon Hamilton, 6,5, nature, latex, pudderfri

- ✓ Stor komfort og høj grad af fingerfærdighed sikrer præcision
- ✓ Højt niveau af fingersensitivitet forbedrer håndtering
- ✓ Tekstureret overflade for øget følesans under procedurer
- ✓ Sterile for at opretholde høje hygiejnestandarder
- ✓ Elastiske med god pasform for optimal funktionalitet



Produktbeskrivelse

Denne sterile latex operationshandske fra ABENA er ideel til kirurgiske indgreb, hvor sterilitet er essentielt. Handskerne er fremstillet af latex og indeholder et lavt niveau af latexproteiner og er pudderfri for at minimere risikoen for allergiske reaktioner og øge sikkerheden. De er både elastiske og tilbyder en fremragende pasform samt følsomhed, hvilket sikrer præcision under operationer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Operationshandske
Varemærke	Gloveon
Vareserie	Hamilton
Størrelse	6,5
Farve	Nature
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	AQL 0.65, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B KMPT
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handsker uden latex. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 par	34.8 cm	29.8 cm	31.8 cm	29551017628565
pk	50 par	17.5 cm	14.5 cm	31 cm	19551017628568
par	1 par				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder latex.



Handsken er 290 mm lang.



Produktet er sterilt



Handsken har højt greb.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, nitril syre 65%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

