



Varenummer 1000029144


Operationshandske, Gloveon Victor, 7, nature, polyisopren, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelse
- ✓ Pudderfri



Produktbeskrivelse

Steril syntetisk operationshandske til procedurer, hvor sterile handsker er påkrævet. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform samt gennemfølgelse. Indeholder ingen latexproteiner.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Operationshandske
Varemærke	Gloveon
Vareserie	Victor
Størrelse	7
Farve	Nature
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Polyisopren
Længde/dybde	290 mm
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	AQL 0.65, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B KMPT
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 par	35.4 cm	29.8 cm	31.8 cm	29551017628664
pk	50 par	18.2 cm	14.5 cm	31 cm	19551017628667
par	1 par				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsen er 290 mm lang.

STERILE

Produktet er sterilt

LOW
GRIP

Handsen har lavt greb.

EN
455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

EN ISO
21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, nitril syre 65%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

