



Varenummer 1000032046

Undersøgelseshandske, steril, Aegis, L, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk og med god pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne
- ✓ Gamma steriliseret
- ✓ Pudderfri og uden latexproteiner



Produktbeskrivelse

Disse sterile undersøgelseshandsker er nitrilhandsker specielt udviklet til procedurer, der gør sterile handsker påkrævet. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering både under tørre og våde arbejdsforhold. Handsken indeholder ingen latexproteiner.



STERILE



EN 455 EN ISO 21420



AQL 1.0

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	Aegis
Størrelse	L
Farve	Blå
Egenskaber	Rullet manchete
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	240 mm
Certifikater	CE. MD. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1.0
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 par	31.4 cm	24.6 cm	28.6 cm	29551025944596
pk	50 par	24.7 cm	15 cm	13.8 cm	19551025944599
par	1 par				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Handsken har en fingerstruktureret overflade.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken er 240 mm lang.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

