

Varenummer 1010001924

ABENA Excellent

Undersøgelseshandske, ABENA Excellent, M, mørkeblå, nitril, pudderfri, acceleratorfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner
- ✓ Ingen acceleratorer

MD CE CAT III

Produktbeskrivelse

Elastisk undersøgelseshandske fri for gummikemikalier. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøring, personlig pleje, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncreme. Indeholder hverken latexproteiner eller acceleratorer. Derfor er handsken sikker at bruge selv for personer med latexallergi eller kontaktallergi over for gummikemikalier.

LATEX · MEDIUM GRIP · 240 mm · EN ISO 374-5: 2016 VIRUS · EN 455 · 374-1:2016/ Type B KPT · EN ISO 21420 · AQL 1.0

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Størrelse	M
Sekundær farve	Mørkeblå
Egenskaber	Acceleratorfri, finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri, acceleratorfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingrediensliste	Nitrile NBR, Zinc oxide, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide, Blue pigment
Længde/dybde	240 mm
Bredde	95 mm
Vægt, netto	3.2 g
Tykkelse	0,05 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019, AQL 1.0
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	49.5 cm	17.2 cm	25.4 cm	5713571002179
pk	50 stk	24.3 cm	11.9 cm	3.4 cm	5713571002162
par	2 stk				
stk	1 stk				

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

LATEX

Produktet indeholder ikke latex.

Handsken har en fingerstruktureret overflade.

MEDIUM GRIP

Handsken har medium greb.

240 mm

Handsken er 240 mm lang.

EN ISO 374-5: 2016
VIRUS

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

374-1:2016/ Type B
KPT

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com


Gloves | Nitrile
POWDER-FREE | MEDICAL EXAMINATION GLOVES
M
7-8
Excellent
ACCELERATOR-FREE
50 pcs.


Gloves | Nitrile
POWDER-FREE | MEDICAL EXAMINATION GLOVES
M
7-8
Excellent
ACCELERATOR-FREE
50 pcs.



1010001924