



Varenummer 1999901867

CRP kontrol, QuikRead Go, Low, 1 ml, kølevare



Produktbeskrivelse

QuikRead CRP kontrol er påtænkt til kvalitetskontrol af Quikread go instrument, anvendes med 10 µl prøvemateriale. Quikread go crp kontrol er klar til brug og skal stabiliseres ved stuetemperatur i 30 min. inden brug. Blandes grundigt, men ikke rystes. Uåbnet holdbar indtil udløbsdato ved 2- 8 grader celsius. Åbnet holdbar i 60 dage ved 2- 8 grader celsius. Resultatet bør være inden for området som er vist på kontrollens etikette. Kontrollen er human-baseret og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Kontrollen udføres som ved en normal Crp-måling. Denne kontrol anvendes til kontrol i det lave måleområde op til 2,5 mg/L



Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP kontrol
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Model	Low
Features	Kølevare
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Doseringsinstruktioner	Ca. 2,5 mg / l CRP.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	6.6 cm	3.3 cm	3.4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er frysesikkert.