Varenummer 1999915898

Steril undersøgelseshandske, Sempercare Velvet, XL, lavendelblå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk og med god pasform
- ✓ God gennemfølingsevne
- ✓ Gamma steriliseret
- ✓ Pudderfri og uden latexproteiner

MD CE

Produktbeskrivelse

Disse sterile undersøgelseshandsker er nitrilhandsker specielt udviklet til procedurer, der gør sterile handsker påkrævet. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Teksturingen understøtter en god instrumenthåndtering både under tørre og våde arbejdsforhold. Handsken indeholder ingen latexproteiner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Steril undersøgelseshandske
Varemærke	Sempercare
Vareserie	Velvet
Størrelse	XL
Sekundær farve	Lavendelblå
Egenskaber	Rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	240 mm
Tykkelse	0,12 +/-0,01 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Produkt- eller teststandarder	AQL 0.65, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

1999915898801

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 par	48 cm	29.2 cm	27 cm	9001570540171
pk	50 par	16.7 cm	14.2 cm	26 cm	9001570540164
par	1 par				

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet indeholder ikke latex.

Handsken er 240 mm lang.

Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt

Handsken har en fingerstruktureret overflade.

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

This standard specifies the requirements and test methods for protective gloves intended to protect the user against micro-organisms, incl. viruses.

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

sempercare
Powder-Free
50
XL 9-10
sterile

sempercare
Powder-Free
50
XL 9-10
sterile