



Varenummer 1999915903

Steril undersøgelsehandske, Sempercara Edition IC, L, nature, latex, pudderfri

- ✓ Tekstureret overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne



Produktbeskrivelse

Latexhandske til procedurer, hvor sterile handsker er påkrævet. Handskerne er fremstillet af naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering, både under tørre og våde arbejdsforhold.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Steril undersøgelsehandske
Varemærke	Sempercara
Vareserie	Edition IC
Størrelse	L
Farve	Nature
Egenskaber	Rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Længde/dybde	240 cm
Tykkelse	0,24 +/- 0,01 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handsker uden latex. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Handsken er ikke længere steril efter åbning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	240 par	48.4 cm	28.9 cm	26.6 cm	9001570514851
pk	40 par	26.3 cm	16.7 cm	14.1 cm	9001570514844
par	1 par				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.



Handsken er 240 mm lang.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt



Handsken har en fuldt struktureret overflade.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelsehandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

