



Varenummer 200297

## Engangskateter, coated, SpeediCath Compact Plus, nelaton, CH 14, 9cm, female, steril

✓ Den har en kompakt længde, så den ikke fylder mere end en læbestift i tasken.



### Produktbeskrivelse

Anvendes ved engangskaterisation til kvinder. Ligger klar til brug i steril saltvandsopløsning. Den har en kompakt længde, så den ikke fylder mere end en læbestift i tasken.



STERILE



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter, coated
Varemærke	SpeediCath
Vareserie	Compact Plus
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Female, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PA, polyester, PU
Længde/dybde	9 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD. Svanemærket.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Brugsanvisning

Forsøglingen brydes og toppen tages af. Bunden virker nu som indføringshåndtag. Udløbet af urinen kan med en enkelt finger styres via bunden af indføringshåndtaget.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	43.5 cm	14 cm	13.5 cm	5708932727280
pk	30 stk	13 cm	11.5 cm	4.2 cm	5708932727297
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er steril



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.