



Varenummer 232733



BI, Biologiske indikatorer, 3M Attest, 1262, til sporetest i dampautoklave

Produktbeskrivelse

Anvendes i sporetest i forbindelse med en autoklavecyklus. Efter sterilisering "knuses" hætteglasset, så vækstmediet kan slutte sig til den behandlede sporestrimmel. BI inkuberes i 48 timer i 3M™ Attest™ Inkubator for en visuel aflæsningsændring. En farveændring til gul indikerer overlevende sporer og et positivt resultat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	BI, Biologiske indikatorer
Varemærke	3M
Vareserie	Attest
Features	1262, til sporetest i dampautoklave
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	22 cm	22 cm	8.3 cm	50707387043471
pk	25 stk	10.5 cm	10.2 cm	6.3 cm	30707387043477
stk	1 stk				