



Varenummer 290117

Operationshandske, Sensiflex Plus, 9, nature, latex, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølingsevne
- ✓ Pudderfri



Produktbeskrivelse

Steril Latex operationshandske til kirurgiske indgreb, hvor sterile procedurer er påkrævet. Handskerne er af naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Sterile handsker er pudderfri, for optimal sikkerhed. Er elastiske og har god pasform samt gennemfølingsevne.

AQL
0.65



EN
455

Specifikationer

Produktbetegnelse	Operationshandske
Varemærke	Sensiflex
Vareserie	Plus
Størrelse	9
Farve	Nature
Egenskaber	Full textured, rolled cuff
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Tekniske ingredienser	Latex, Sulfur, Potassium hydroxide, Zinc oxide, ZDBC, ZDEC, Titanium Dioxide, Antioxidant, Polymer
Længde/dybde	295 mm
Bredde	115 mm
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	AQL 0.65, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 374-5:2016 Virus
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, 93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handsker uden latex. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 par	50.7 cm	14.6 cm	46.6 cm	19555076113980
pk	50 par	25 cm	13 cm	22.2 cm	9555076113983
par	1 par				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Standarden specificerer kravene til beskytteshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.