Varenummer 290188

Undersøgelseshandske, steril, iNtouch V synthetic, XS, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølingsevne
- ✓ Gamma steriliseret
- ✓ Pudderfri

CE

Produktbeskrivelse

Handske i syntetisk gummi til procedurer, hvor sterile handsker er påkrævet. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Teksturingen undertsøtter en god instrumenthåndtering både under tørre og våde arbejdsforhold. Handsken indeholder ingen latexproteiner.

EN 455 AQL 1.5

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	INtouch
Vareserie	V synthetic
Størrelse	XS
Farve	Blå
Egenskaber	Rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingrediensliste	Nitrile, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Calcium Nitrate, Potassium Hydroxide
Længde/dybde	240 mm
Bredde	70 mm
Tykkelse	0,11 +/- 0,01 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.5, EN 455
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

290188

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 par	46 cm	28 cm	26.5 cm	9555256604362
pk	50 par	25 cm	15 cm	13.5 cm	9555256604317
par	1 par				

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

290188