


**Varenummer 3941**

ABENA Excellent

# Undersøgelseshandske, ABENA Excellent, S, hvid, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ ingen latexproteiner

MD CE CAT III

## Produktbeskrivelse

Nitril undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Er elastiske og tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi

LATEX · MEDIUM GRIP · 240 mm · EN374-5:2016 VIRUS · 374-1:2016/ Type B JKPT · EN 420 EN 455 · AQL 1.0 · EN 421:2010

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Produktbetegnelse** | Undersøgelseshandske |
| **Varemærke** | ABENA |
| **Vareserie** | Excellent |
| **Størrelse** | S |
| **Farve** | Hvid |
| **Egenskaber** | Ekstra kraftig, finger textured, latexfri, medium grip, rolled cuff |
| **Features** | Pudderfri |
| **Engangs/flergangs** | Engangs |
| **Materiale** | Nitril |
| **Tekniske ingredienser** | Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium Nitrate, Chlorine |
| **Længde/dybde** | 240 mm |
| **Bredde** | 86 mm |
| **Tykkelse** | 0,09 +/- 0,02 mm |
| **Certifikater** | CE, Til fødevarer, CAT III, MD |
| **CE-kategori (personligt værnemiddel)** | CAT III |
| **CE-klasse (medicinsk udstyr)** | Klasse I |
| **Produkt- eller teststandarder** | EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 455, EN 420, EN 374-1:2016 Type B JKPT, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.0 |
| **Direktiver, lovgivning og regler** | MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EF) nr. 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 2023/2006 |
| **Holdbarhed** | 5 år |
| **Opbevaringsinstruktioner** | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| **Bortskaffelse af produkt** | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| **Bortskaffelse af emballage** | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

## Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kll | 1000 stk | 29.1 cm | 24.9 cm | 28.1 cm | 5703538117671 |
| pk | 100 stk | 24 cm | 13.5 cm | 5.5 cm | 5703538117657 |
| par | 2 stk | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| stk | 1 stk | | | | |

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

---

LATEX

Produktet indeholder ikke latex.

Handsken har en fingerstruktureret overflade.

MEDIUM GRIP

Handsken har medium greb.

240 mm

Handsken er 240 mm lang.

EN374-5:2016
VIRUS

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

374-1:2016/ Type B
JKPT

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne n-heptane, sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

**EN 420** Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

**EN 455** EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.






ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com